



Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.1811
от 22.11.1999
на бланке № 0009921
на 6 листах
редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 августа 2022 года

отдела контроля качества продукции
филиала «Новополоцкжелезобетон» открытого акционерного общества
«Кричевцементношифер»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк					
1.1**	Песок для строительных работ	08.12/ 42.000	Отбор образцов	ГОСТ 8736-2014 ГНПА и другая документация	ГОСТ 8735-88 п. 2
1.2*		08.12/ 29.040	Зерновой состав и модуль крупности		ГОСТ 8735-88 п. 3
1.3*		08.12/ 29.040	Насыпная плот- ность		ГОСТ 8735-88 п. 9
1.4*		08.12/ 29.040	Содержание пыле- видных и глини- стых частиц мето- дом мокрого про- сеивания		ГОСТ 8735-88 п. 5.3
1.5*		08.12/ 29.040	Содержание глины в комках		ГОСТ 8735-88 п. 4
1.6*		08.12/ 35.060	Влажность		ГОСТ 8735-88 п. 10
2.1**	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12/ 42.000	Отбор образцов	ГОСТ 8267-93 ГНПА и другая документация	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2

подпись ведущего эксперта по аккредитации

26.08.2022
дата принятия решения

Лист 1 Листов 6

1	2	3	4	5	6
2.2*	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12/29.040	Зерновой состав	ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3
2.3*		08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц - метод мокрого просеивания		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1
2.4*		08.12/29.040	Насыпная плотность		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17
2.5*		08.12/29.040	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - метод визуальной разборки		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1
2.6*		08.12/35.060	Влажность щебня		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19
2.7*		08.12/29.040	Содержание глины в комках		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6
3.1**	Гравий, щебень и песок искусственные пористые	08.12/42.000	Отбор образцов	СТБ 1217-2000 ГОСТ 32496-2013 ТНПА и другая документация	ГОСТ 9758-2012 п. 5
3.2*		08.12/29.040	Насыпная плотность		ГОСТ 9758-2012 п. 6
3.3*		08.12/29.040	Зерновой состав		ГОСТ 9758-2012 п. 17
3.4*		08.12/35.060	Влажность		ГОСТ 9758-2012 п. 15
4.1**	Цементы	23.51/42.000	Отбор образцов	ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 965-89 ГОСТ 22266-2013 ТНПА и другая документация	ГОСТ 30515-2013
4.2*		23.51/29.049	Сроки схватывания		ГОСТ 310.3-76 п. 2
4.3*		23.51/29.049	Нормальная густота цементного теста		ГОСТ 310.3-76 п. 1
4.4*		23.51/29.040	Равномерность изменения объема		ГОСТ 310.3-76 п. 3
4.5*		23.51/29.040	Тонкость помола по остатку на сите		ГОСТ 310.2-76 п. 1
5.1**	Растворы строительные	23.64/42.000	Отбор образцов	СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация	ГОСТ 5802-86 п.п. 1.2-1.5
5.2*		23.64/29.121	Прочность раствора на сжатие		ГОСТ 5802-86 п. 6
5.3**		23.64/29.121	Плотность и подвижность раствора и подвижность раскисленной смеси		ГОСТ 5802-86 п. 2

подпись ведущего эксперта по аккредитации

26.08.2022
дата принятия решения

Лист 2 Листов 6

1	2	3	4	5	6
5.4*		23.64/ 29.040	Плотность раствор- ной смеси		ГОСТ 5802-86 п. 3
5.5*		23.64/ 29.128	Расслаиваемость растворной смеси		ГОСТ 5802-86 п. 4
5.6*		23.64/ 29.151	Водоудерживаю- щая способность рас- творной смеси		ГОСТ 5802-86 п. 5
5.7*		23.64/ 35.060	Влажность		ГОСТ 5802-86 п. 8
5.8*		23.64/ 29.151	Водопоглощение		ГОСТ 5802-86 п. 9
6.1**	Смеси бетонные	23.64/ 42.000	Отбор образцов	СТБ 1035-96 ТНПА и другая доку- ментация	СТБ 1545-2005 п. 4.1
6.2**		23.64/ 29.144	Удобоукладывае- мость (консистен- ция) бетонной смеси		СТБ 1545-2005 п. 5.1
6.3**		23.64/ 29.144	Подвижность (осадка конуса)		СТБ 1545-2005 п. 5.3
6.4*		23.64/ 29.143	Жесткость		СТБ 1545-2005 п. 5.4
6.5*		23.64/ 29.040	Средняя плотность		СТБ 1545-2005 п. 6
6.6*		23.64/ 29.128	Расслаиваемость		СТБ 1545-2005 п. 8
6.7*		23.64/ 29.128	Раствороотделение		СТБ 1545-2005 п. 8.3
6.8*		23.64/ 29.128	Водоотделение		СТБ 1545-2005 п. 8.4
6.9**		23.63/ 29.145	Температура бетон- ной смеси		СТБ 1545-2005 п. 9
7.1**	Бетоны	23.63/ 29.121	Отбор образцов	СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2020 СТБ 1152-99 ТНПА и другая доку- ментация	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.0-2020
7.2*		23.64/ 29.143	Определение проч- ности бетона на сжатие по контрольным об- разцам		ГОСТ 10180-2012
7.3*		23.63/ 29.121	Определение проч- ности бетона по образ- цам отобраным из кон- струкций		ГОСТ 28570-2019

подпись ведущего эксперта по аккредитации

26.08.2022
дата принятия решения

Лист 3 Листов 6



Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112.2.1811

1	2	3	4	5	6
7.4*	Бетоны	23.63/ 29.121	Испытание на растяжение при изгибе по контрольным образцам	СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2020 СТБ 1152-99 ТНПА и другая документация	ГОСТ 10180-2012 п.п. 7.1, 7.3
7.5*		23.63/ 35.060	Влажность		ГОСТ 12730.2-2020
7.6**		23.63/ 32.089	Определение прочности методом ударного импульса		СТБ 2264-2012
7.7*		23.63/ 29.151	Водопоглощение		ГОСТ 12730.3-2020
7.8*		23.63/ 29.119	Плотность бетона (образцы правильной формы)		ГОСТ 12730.1-2020
7.9*		23.63/ 26.080	Определение морозостойкости базовым методом		ГОСТ 10060.1-95
7.10*		23.63/ 28.141	Водонепроницаемость - метод мокрого пятна		ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2020 разделы 1, 2
7.11*		23.63/ 26.080	Определение морозостойкости ускоренным методом при многократном замораживании и оттаивании		ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95
8.1**	Добавки для бетонов	20.59/ 42.000	Отбор образцов	СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация	СТБ 1112-98
8.2**		20.59/ 29.119	Плотность		ГОСТ 18995.1-73 п. 1
9.1**	Арматурная сталь	24.10/ 42.000	Отбор образцов	ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация	ГОСТ 12004-81 п. 1.1
9.2*		24.10/ 26.098	Временное сопротивление разрыву		ГОСТ 12004-81 п. 3
9.3*		24.10/ 29.137	Относительное удлинение		ГОСТ 12004-81 п. 3
10.1**	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные	23.61/ 29.061	Отклонение от линейных размеров	ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация	ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.1-89
10.2**		23.61/ 29.061	Отклонение от прямолинейности на всем протяжении, на участке элемента		ГОСТ 26433.1-89



подпись ведущего эксперта по аккредитации

26.08.2022
дата принятия решения

Лист 4 Листов 6



1	2	3	4	5	6
10.3*	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные	23.61/29.061	Отклонение от плоскостности	ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация	ГОСТ 26433.1-89
10.4**		23.61/29.061	Качество поверхности и внешнего вида		ГОСТ 13015.0-83
10.5**		23.61/32.089	Отклонение защитного слоя бетона - магнитный метод		ГОСТ 22904-93
11.1**	Плиты перекрытий железобетонные многослойные, стойки ЛЭП	23.61/32.089	Сила натяжения арматуры	СТБ 1383-2003 ТНПА и другая документация	ГОСТ 22362-77
12.1**	Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций, сварные соединения арматуры и закладных изделий	25.11/42.000	Отбор образцов	СТБ 2174-2011 ГОСТ 8478-81	СТБ 2174-2011
12.2**		25.11/29.061	Геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений	ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация	ГОСТ 26433.1-89 п. 1
12.3*		25.11/29.137	Временное сопротивление стыковых, тавровых соединений		СТБ 2174-2011 п. 6.20 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12004-81
12.4*		25.11/29.121	Разупрочнение арматурной стали		ГОСТ 10922-2012 п. 7.17 ГОСТ 12004-81
12.5*		25.11/29.121	Прочность сварных соединений (сетки)		ГОСТ 23279-2012 п. 5.11
13.1**	Арматурные и закладные изделия сварные	25.11/29.061	Отклонения линейных сварных арматурных и закладных изделий	ГОСТ 10922-2012 п. 5.3 таблица 1, п. 5.9 ТНПА и другая документация	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1, 7.2, 7.3
13.2*		25.11/29.061	Отклонение от соосности стержней в стыковых соединениях	ГОСТ 10922-2012 п. 5.7 ГОСТ 14098-2014	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.7
14.1**	Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий	25.11/29.061	Отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий	СТБ 2174-2011 п. 4.3 приложения А, п. 4.7 ТНПА и другая документация	СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.3, 7.7 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.1.1



подпись ведущего эксперта по аккредитации

26.08.2022
дата принятия решения

Лист 5 Листов 6

1	2	3	4	5	6
14.2 **	Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий	25.11/29.061	Отклонение геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения	СТБ 2174-2011 п. 4.6 приложения Г ТНПА и другая документация	СТБ 2174-2011 п.п. 7.1,7.6 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.1.1
14.3 **		25.11/32.115	Качество поверхности элементов изделий и сварных соединений	СТБ 2174-2011 п.п. 4.9, 4.10, 5.8, 5.9	СТБ 2174-2011 п.п. 7.9
14.4 **		25.11/32.115	Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях	СТБ 2174-2011 п. 5.10 таблица 3	СТБ 2174-2011 п.п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п. 1.5 (а,в,г)
15.1*	Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий	25.11/29.137	Временное сопротивление нахлесточных соединений, всех типов крестообразных соединений по рабочей арматуре	СТБ 2174-2011 п. 5.3 таблица 1 п. 5.5 таблица 2 ТНПА и другая документация	ГОСТ 12004-81 п.п. 1,2,3,5 СТБ 2174-2011 п.п. 6.20-6.22
15.2*		25.11/29.121	Класс прочности на срез крестообразных сварных соединений	СТБ 2174-2011 п. 5.4, п. 6.4 приложение Д ТНПА и другая документация	СТБ 2174-2011 п.п. 6.20-6.22, 7.11 приложение Д

Примечание:

* — деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** — деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** — деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь —
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Е.В. Бережных

подпись ведущего эксперта по аккредитации

26.08.2022
дата принятия решения

Лист 6 Листов 6